

# Konstanzprüfung an Aktivimetern

Prüfjahr:

Aktivimeter: \_\_\_\_\_  
 Nr.: \_\_\_\_\_

Prüfstrahler: \_\_\_\_\_  
 Grenzwert Nulleffekt: \_\_\_\_\_

Basiswert Ausbeute: \_\_\_\_\_  
 Toleranzbereich Ausbeute: \_\_\_\_\_

Monat:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Nulleffekt [s <sup>-1</sup> ]																
Ausbeute																
Molybdändurchbruch																
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Nulleffekt [s <sup>-1</sup> ]																
Ausbeute																
Molybdändurchbruch																

Monat:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Nulleffekt [s <sup>-1</sup> ]																
Ausbeute																
Molybdändurchbruch																
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Nulleffekt [s <sup>-1</sup> ]																
Ausbeute																
Molybdändurchbruch																

Monat:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Nulleffekt [s <sup>-1</sup> ]																
Ausbeute																
Molybdändurchbruch																
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Nulleffekt [s <sup>-1</sup> ]																
Ausbeute																
Molybdändurchbruch																

Hinweis: Der Grenzwert für den Nulleffekt beträgt maximal 10% des kleinsten Anzeigewertes des Aktivimeters.  
 Der Grenzwert für die Ausbeute (Ansprechvermögen) beträgt 5% des Basiswertes.

**ÄSQR**